

# 【仕 様 書】

## 「液体窒素供給に係る仕様等について」

### 1 供 給

- (1) 液体窒素供給を行うこと。（タンクローリーでの受渡）
- (2) ホース接続及びタンクローリー電源等供給に関わる設備の変更は、供給者側で対処すること。
- (3) 電源ブレーカは設置済み。
- (4) 設置済みの貯蔵タンクの概要  
タンク容量：2, 502リットル  
充填量：1, 822kg  
メーカー：大阪酸素工業形式CO3

### 2 購 入

- (1) 購入期間  
令和8年4月1日～令和9年3月31日
- (2) 納入場所及び方法  
岡山市北区芳賀5301  
岡山県工業技術センター  
液体窒素ヤード内コールドエバポレーターへの充填  
(タンクローリーによる受け渡し対応)
- (3) 購入予定数量  
12, 000kg
- (4) 購入指示  
岡山県工業技術センター総務課からの電話等の指示により、随時供給を行う。  
概ね1ヶ月に1回程度。1回平均約1, 200kg。（令和6年度実績）
- (5) 請求及び支払  
随時供給された数量に応じて請求し、請求によって支払う。  
詳細は、別途締結する単価契約書による。