

見積依頼票

< A8.7.13公開 >

調達番号

0913-7-1

調達件名	分光光度計一式の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
分光光度計一式	別紙のとおり【同等品可】	式 1	
摘 要	①見積機器の技術仕様書②見積機器の構成内訳書③カタログ等わかるものを要求課へ提出し、承諾を得ること。見積書の規格には、承諾を得た規格を記入し、備考欄に承諾を得た年月日、担当者名を記入すること。		
参考事項			
納入期限	令和8年11月30日		
納入場所	児島湖流域下水道浄化センター(玉野市東七区453)		
見積書提出期限	令和8年7月21日正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班(岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班(TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	土木部都市局都市計画課 吉富 直通番号(086)226-7498		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登録されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承諾を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

※企業会計のため請求書は監理課経理班へ送付願います。

機器規格仕様書

1 品 名、数量

分光光度計一式

(一式の内訳)

分光光度計本体

付属品 セルホルダー、

データ処理用パソコン (モニタを含む)、

プリンタ

その他分光光度計の使用に当たり必要なもの

2 必要とする機能

- (1) 紫外部から可視部の光を回析格子等で分割し、対照及び試料溶液での特定波長光の吸収度が測定できること。
- (2) 測定結果をプリンタへ出力できること。

3 規 格

項 目	必要とする数値等
分光光度計本体	(1) ダブルビーム型分光光度計であること。 (2) 測定波長範囲は 190～1100nm であること。 (3) スペクトルバンド幅 1.5nm 以上の機能を有すること。 (4) 角形セルが同時に 4 個以上セットできること。 (5) 測光正確性が $\pm 0.01\text{Abs}$ であること。 (6) 測光繰り返し精度が $\pm 0.005\text{Abs}$ 以下であること。 (7) 外部パソコンで制御できるとともに、スタンドアローンでも使用できること。
データ処理用パソコン	(1) 分光光度計の制御ができること。 (2) 測定結果を直接プリンタに出力できること。
プリンタ	(1) A 4 用紙への出力ができること。
その他	(1) 取り扱い説明書及び操作マニュアルは日本語であること。 (2) 設置後速やかに装置を調整し、作動確認及び性能確認終了後装置の取り扱い説明を行うこと。

4 上記の規格を満たす参考機種例

機器名	参考機種製造所名	(株)島津製作所	(株)日立ハイテクサイエンス	日本分光(株)
	型 式	UV-1900i Plus	UH5200	V-730iRM
分光光度計本体		UV-1900i Plus	UH5200	V-730iRM
データ処理用パソコン		制御用PC	制御用ノートPC	制御用デスクトップ PC
プリンタ		プリンタ	インクジェットプリンタ	カラーインクジェットプリンタ

機 器 構 成 内 訳 書

物品名（物品名 数量）

品 名	規 格	数量	製造所名
分光光度計	UV-1900i Plus	1	(株)島津製作所
パソコン	制御用 PC	1	
プリンタ	インクジェットプリンタ	1	
セルホルダ	4 連装試料室ユニット	1	(株) 島津製作所

〈注〉参考機種①

機 器 構 成 内 訳 書

物品名（物品名 数量）

品 名	規 格	数量	製造所名
分光光度計	UH5200	1	(株)日立ハイテクサイエンス
パソコン	ノート PC	1	H P
プリンタ	インクジェットプリンタ	1	セイコーエプソン(株)
セルホルダ	5 連装セルホルダ	1	(株)日立ハイテクサイエンス

〈注〉参考機種②

機 器 構 成 内 訳 書

物品名（物品名 数量）

品 名	規 格	数量	製造所名
分光光度計	V-730iRM	1	日本分光(株)
制御ユニット	VWS-951	1	日本分光(株)
パソコン	Dell Pro スリム Plus XE5	1	DELL
プリンタ	カラーインクジェットプリンタ	1	
セルホルダー	6 連セルチェンジャー NCP-705	1	日本分光(株)

〈注〉参考機種③

納 入 条 件

分光光度計の納入条件

- (1) 受注者は、当該装置を児島湖流域下水道浄化センター内の岡山県土木部都市局都市計画課（以下「県」という。）の担当者が指定する場所へ期日までに納入すること。なお、納入場所及び納入時期については、受注者から県の担当者と調整・確認すること。
- (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置及び検査に要する費用は受注者が負担すること。
- (3) 受注者は、購入条件に基づいて据付、配線・配管を行い、期日までに県担当者の立会により動作確認・検収を受けること。
- (4) 受注者は、納入製品が検収後１年以内に機械的要因などにより障害を生じた場合は、迅速にかつ無償で修繕を行うこと（消耗品を除く。）。
- (5) 受注者が、納入時において、建物等へ損傷を与えた場合は、その負担により、現状に戻すこととする。
- (6) 受注者は、当該製品の修繕に係る部品／消耗資材を確保し安定した供給が行える体制を検収後１０年以上確保しておくこと。
- (7) 受注者は、修繕に係る部品／消耗資材の価格表を納入時に県及び児島湖流域下水道浄化センターに各１部提供すること。
- (8) 受注者は、納入の際に機器操作に係る取扱説明書を２部児島湖流域下水道浄化センターに提供すること。
- (9) 受注者は、検収完了後、可及的速やかに（１週間以内を目安とする。）児島湖流域下水道浄化センターの検査担当職員に対して、取扱説明会を無償で実施すること。
- (10) 受注者は、納品時に旧機器の引き取りを行うこと。
- (11) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。

(別紙②-ウ)

見積機器の技術仕様書

会 社 名 _____

物品名 分光光度計一式 1 式

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログページ等

見積機器の技術仕様書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 分光光度計一式 1 式

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログ ページ等
必要とする 機能、規格 ・ ・ ・	機能 (1) 紫外部から可視部の光を回析格子等で分割し、対照及び試料溶液での特定波長光の吸収度が測定できること。 ・ 規格 分光光度計本体 (1) ダブルビーム型分光光度計であること。 ・ ・ ・	機能 (1) 紫外部から可視部の光を回析格子等で分割し、対照及び試料溶液での特定波長光の吸収度が測定できる。 ・ 規格 分光光度計本体 (1) ダブルビーム型分光光度計である。 ・ ・ ・	別添〇の P〇 ・ ・ ・
仕様書の仕様と入札機器の仕様とを対比させて、すべて記入すること。			

(別紙②-イ)

見積機器の構成内訳書

会 社 名 _____

物品名 分光光度計一式 1 式

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名

(別紙②-イ記入例)

入札機器の構成内訳書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 分光光度計一式 1式

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
〇〇〇	ABCD-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
△△△	EFGH-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇