

仕様書に対する質問・回答書

令和7年12月1日

業務名	自動体外式除細動器（AED）の賃貸借
-----	--------------------

回答者 岡山県警察本部警務部厚生課長

問1 電極パッド、バッテリーの交換について、AED使用時の交換は無償ではなく、実費でよいか。

答1 実費でよい。使用期限切れに伴う定期交換ではなく、AED使用時の交換は発注者が別途実費で購入する。

問2 セルフテストで異常があった場合、音と表示の両方必須でよいか。

答2 両方必須ではない。仕様書に示したとおり、音声や表示のどちらかで知らせること。