

令和3年7月19日(月)	令和3年7月16日(金)	令和3年3月18日	令和3年7月13日	手すり			重傷1名	当該製品を設置した階段を下りる際、転落し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年6月7日
令和3年7月26日(月)	令和3年7月20日(火) 令和3年7月23日(金) ※公表なし	なし	—							
令和3年8月2日(月)	令和3年7月27日(火) 令和3年7月30日(金)	なし								
令和3年8月10日(火)	令和3年8月3日(火) 令和3年8月6日(金)	なし								
令和3年8月23日(月)	令和3年8月10日(火) 令和3年8月13日(金) 令和3年8月17日(火) 令和3年8月20日(金)	なし								
令和3年8月30日(月)	令和3年8月24日(火) 令和3年8月27日(金)	なし								
令和3年9月6日(月)	令和3年8月31日(火) 令和3年9月3日(金)	なし								
令和3年9月13日(月)	令和3年9月7日(火)	なし								
令和3年9月13日(月)	令和3年9月10日(金)	令和3年8月26日	令和3年9月6日	電動車いす(ハンドル形)			死亡1名	当該製品を使用中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
令和3年9月21日(火)	令和3年9月14日(火) 令和3年9月17日(金)	なし								
令和3年9月27日(月)	令和3年9月21日(火) 令和3年9月24日(金)	なし	—							
令和3年10月4日(月)	令和3年9月28日(火) 令和3年10月1日(金)	なし								
令和3年10月11日(月)	令和3年10月5日(火) 令和3年10月8日(金)	なし								
令和3年10月18日(月)	令和3年10月12日(火) 令和3年10月15日(金)	なし								
令和3年10月25日(月)	令和3年10月19日(火) 令和3年10月22日(金)	令和3年9月23日	令和3年10月14日	電動ユニット(車いす用)			重傷1名	当該製品でスロープを走行中、当該製品の右車輪が空転して左に曲がり、壁に右手をついて、右肩を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
		令和3年10月11日	令和3年10月19日	介護ベッド			死亡1名	使用者が昇降機能のある当該製品のベッドフレームの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
令和3年11月1日(月)	令和3年10月26日(火) 令和3年10月29日(金)	なし								
令和3年11月8日(月)	令和3年11月2日(火) 令和3年11月5日(金)	なし								
令和3年11月15日(月)	令和3年11月9日(火)	なし								
令和3年11月15日(月)	令和3年11月12日(金)	令和2年2月28日	令和3年11月9日	車いす			死亡1名	当該製品に使用者(80歳代)を乗せて、車両に乗せようとしたところ、転落、病院へ搬送後、死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月4日
令和3年11月22日(月)	令和3年11月16日(火) 令和3年11月19日(金)	なし								
令和3年11月29日(月)	令和3年11月24日(水) 令和3年11月26日(金)	なし								
令和3年12月6日(月)	令和3年11月30日(火)	なし								
令和3年12月6日(月)	令和3年12月3日(金)	令和3年10月21日	令和3年11月29日	介護ベッド			重傷1名	当該製品のサイドレールカバーが破損し、左足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月25日
令和3年12月13日(月)	令和3年12月7日(火) 令和3年12月10日(金)	なし								
令和3年12月13日(月)	令和3年12月14日(火)	なし								
令和3年12月20日(月)	令和3年12月17日(金)	令和3年12月9日	令和3年12月14日	電動車いす(ハンドル形)			死亡1名	当該製品を使用中、踏切を渡り終える直前に下りてきた遮断機に引っかかって転倒し、列車にはねられ死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
		令和3年10月28日	令和3年12月15日	介護ベッド用手すり			死亡1名	施設で使用者(80歳代)が当該製品に首が引っ掛かった状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日介護ベッド用手すりについての注意喚起を実施(特記事項を参照)