

情報提供日	消費者庁公表日	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
令和3年3月8日(月)	令和3年3月2日(火)	なし								
	令和3年3月5日(金)	2021年2月21日	2021年3月3日	階段移動用リフト			死亡1名	当該製品を使用中、搭乗者(80歳代)が転落し、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
令和3年3月15日(月)	令和3年3月9日(火)	なし								
	令和3年3月12日(金)	なし								
令和3年3月23日(月)	令和3年3月16日(火)	なし								
	令和3年3月19日(金)	なし								
令和3年3月29日(月)	令和3年3月23日(火)	なし								
	令和3年3月26日(金)	2021年2月6日	2021年3月23日	介護ベッド			重傷1名	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、背上げ部を起こしていたところ、急に背上げ部が下がり、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月15日
令和3年4月5日(月)	令和3年3月30日(火)	なし								
	令和3年4月2日(金)	なし								
令和3年4月12日(月)	令和3年4月6日(火)	なし								
	令和3年4月9日(金)	なし								
令和3年4月19日(月)	令和3年4月13日(火)	なし								
	令和3年4月16日(金)	2021年3月24日	2021年4月12日	介護ベッド			重傷1名	使用者(70歳代)が当該製品から立ち上がろうとした際、アームの受け部分が急に傾き、左手首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	