

仕様書に対する質問・回答書

令和7年8月7日

業 務 名	X線マイクロアナライザー付走査電子顕微鏡装置の借入れ
-------	----------------------------

回答者 岡山県警察本部刑事部科学捜査研究所長

問1 納入、搬入、設置、調整、設定作業、操作教養、データ消去、保守作業、修理、点検、部品交換、撤去等を製造業者等に行ってもらうことは可能ですか。
また、データ消去、撤去については受注者が指定する事業者を実施させることを承認いただけますでしょうか。

答1 納入、搬入、設置、調整、設定作業、操作教養、保守作業、修理、点検、部品交換、撤去等を製造業者又は製造業者が指定する事業者が実施することに差し支えはありません。
また、データ消去は、「仕様書 8 データ消去処理」に記載のとおり、電磁的記録装置のデータ消去処理（物理的破壊を含む。）は岡山県警察が実施します。

問2 装置の保証期間終了後、年に1回電子顕微鏡部（SEM）の定期部品を交換すること及び借入期間内に1回電子顕微鏡部（SEM）のターボ分子ポンプを交換すること及び定期部品の交換に際し、電子顕微鏡部（SEM）の調整を行い、問題なく使用できる状態であることを確認すること以外は製造業者の無償保証期間（1年間）のみの保守対応で良いでしょうか。
また、無償保証期間（1年間）経過後に故障があった場合は岡山県警様の責任と費用負担で修理を手配されるとの認識で間違いないでしょうか。

答2 貴見のとおりで差し支えありません。

問3 電子顕微鏡部（SEM）に含まれているフォトプリンター、制御用コンピュータ、モニターについては製造業者の無償保証期間のみの保守対応で良いでしょうか。
また、無償保証期間を経過後に故障があった場合は岡山県警様の責任と費用負担で修理を手配されるとの認識で間違いないでしょうか。

答3 貴見のとおりで差し支えありません。

問4 X線マイクロアナライザー部（EDX）に含まれているプリンタ、制御用コンピュータ、モニターについては製造業者の無償保証期間のみの保守対応で良いでしょうか。
また、無償保証期間を経過後に故障があった場合は岡山県警様の責任と費用負担で修理を手配されるとの認識で間違いないでしょうか。

答4 貴見のとおりで差し支えありません。

問 5 金属切断機、精密研磨機、カーボン蒸着機については製造業者の無償保証期間のみの保守対応で良いでしょうか。

また、無償保証期間を経過後に故障があった場合は岡山県警様の責任と費用負担で修理を手配されるとの認識で間違いないでしょうか。

答 5 貴見のとおりで差し支えありません。

問 6 契約が終了または解除されて回収する際は岡山県警様にて制御用コンピュータのHDDまたはSSDのデータを消去されるという認識で良いでしょうか。

もし、受注者に制御用コンピュータのデータを消去させる場合は回収後に弊社内での作業実施でも容認していただけますでしょうか。

消去の方式は『データ1回上書き』で良いでしょうか。

答 6 問1に対する回答のとおりです。

問 7 契約書（案）第3条第2項に「翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、本契約を解除する。」とありますが、今までに契約を解除したことはありますか。

答 7 岡山県警察が締結した過去のリース契約において、予算の減額又は削減を理由として契約を解除した事例は把握していません。

問 8 契約保証金を納付した場合、返還されますでしょうか。

返還される場合はどのタイミングになりますでしょうか。

答 8 契約保証金を納付し、賃貸借期間中における業務を適正に履行した場合、業務完了確認後、返還手続を行います。